



18 de octubre de 2019

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

MOTIVO: Trasladar el calibrador dinámico de flujos marca sabio de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, al INECC para que se realice el servicio de la trasferencia del patrón nacional de ozono, verificación de controladores de flujo, Calibración de fotómetro

LUGAR: Cd MX

FECHA: 15 de octubre de 2019

INFORME

Con la finalidad de que se realizara el servicio de la trasferencia del patrón nacional de ozono, verificación de controladores de flujo, Calibración de fotómetro, se llevó el calibrador dinámico de flujos marca sabio de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, al INECC, ubicado en los viveros de Coyoacán en la Cd de MX

En virtud de lo delicado del equipo que se usa para calibrar los analizadores de las estaciones de la calidad del aire de la ZMSLP-SGS, fue necesario llevarlo en vehículo oficial para evitar grandes movimientos y descompostura del mismo.

Se entregó el equipo sin embargo en análisis preliminares se observó que, si alcanzaba las 1000 ppm de alta concentración, pero el cero o aire limpio detectaba 10 a 16 ppm de ozono.

Después de consumir alimentos en la Cd MX, se procedió a iniciar el regreso a la ciudad de San Luis Potosí, para evitar problemas con el programa Hoy no circula.

Atentamente


MIGUEL DEL CARMEN MÁRQUEZ RAMÍREZ
AYUDANTE GENERAL