


INFORME DE COMISION

CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2018 SE VERIFICO EL SISMOGRAFO Y SU CASETA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Y LA CASETA PARA UN ISMOGRAFO QUE SE ENCUENTRA EL LA COMUNIDAD DE REFORMITA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNNADEZ.



EL RECORRIDO SE REALIZO EN COORDINACIO CON PERSONAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AUTONOMA DE MEXICO, ING. ANTONIO DE J. MENDOZA C. DEL INSTITUTO DE GEOFISICA, LAS CASETAS DE TEC. SUP. SON DE DOBLE MURO. DOBLE PUERTA UNA DE MADERA Y OTRA DE HERRERIA, CON DIVISION UNO CUARTO PARA EL SISMOGRAFO Y OTRO PARA LOS SISTEMAS DE REGISTRO, HAY SEPARACION ENTRE EL BLOQUE DE CONCRETO PARA EL SISMOGRAFO Y EL PISO DE CUARTO.

